



**SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI.  
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM.  
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WAŻNE TYLKO Z HOLOGRAMEM**

## **SPRAWOZDANIE Z BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH**

**B – 2637/44120/2025**

Egz. Nr 1

**NAZWA BADANEGO WYROBU: WODA ULTRACZYSTA**

**Nr zlecenia: 2637/2025**

**z dnia: 15.07.2025r.**

**Nazwa i adres Zleceniodawcy: NANO-TECH  
ul. Willowa 48  
05-410 Józefów**

**Sposób pobrania i/lub dostarczenia próbki wyrobu do badań:**

próbki do badań dostarczył Zleceniodawca.

*Za prawidłowe pobranie próbki do badań odpowiada Zleceniodawca. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za próbkę od momentu przyjęcia jej do laboratorium lub przekazania jej pracownikowi laboratorium.*

**Charakterystyka wyrobu:**

Opakowanie handlowe – butelka z tworzywa sztucznego z etykietą informacyjną z nazwą wyrobu i danymi Producenta (Nano-Tech).

**Nr próbki:** 44120

**Data rozpoczęcia badań:** 15.07.2025r.

**Data zakończenia badań:** 15.07.2025r.

**Data wydania sprawozdania:** 16.07.2025r.

Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium: dobry

**CEL/ZAKRES BADANIA:** oznaczenie parametrów fizykochemicznych uzgodnionych ze Zleceniodawcą.

# WYNIKI BADAŃ

Lp.	Rodzaj/nazwa Badania	Jednostka miary	Wynik badania	Wartość parametryczna wymagania wg PN-EN ISO 3696 Stopień czystości 3	Wartość parametryczna wymagania wg Farmakopea Polska IX (2011)	Metoda oznaczenia
1	2	3	4	5	6	7
2	Przewodność elektryczna właściwa temp. 25±1°C	μS/cm	0,40	nie więcej niż 5,0	nie więcej niż 5,1	PN-EN 27888:1999

Uzupełnienia, odstępstwa lub ograniczenia metody: brak

## Oświadczenie Laboratorium:

Badania wykonywano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej, a sprawozdanie końcowe odpowiada danym źródłowym. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od otrzymania „Sprawozdania z badań” pisemnie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie Laboratorium. Skarga jest rozpatrywana zgodnie z przyjętą w laboratorium procedurą w przeciągu 30 dni od zgłoszenia skargi.

Sprawozdanie sporządzono w 2 identycznych egzemplarzach.

Sprawozdanie otrzymują:

Egz. nr 1 – Zleceniodawca

Egz. nr 2 – Archiwum Laboratorium „ITA – TEST”.

Próbka badanej wody nie jest archiwizowana.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Laboratorium wszystkie badania wykonało w siedzibie firmy.

Sprawozdanie z badań ważne tylko z hologramem.

Nr serii B oznacza, że ważne sprawozdanie posiada 2 hologramy

Opracował: **ITA-TEST Sp. z o.o.**

Podpis ..... **Kaja WIĘCEK** .....  
**Chemik**



Specjalistyczne Laboratorium Badawcze

Autoryzował/a sprawozdanie z badań:

**ITA-TEST**

Data i podpis: ..... **16 LIP. 2025** .....  
Kierownik Pracowni Badań Fizykochemicznych

**K O N I E C   S P R A W O Z D A N I A**