

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH NR B-25330/21102/17

Egz. Nr 1

Nazwa i adres Zleceniodawcy: NANO TECH Paweł Siejko ul. Willowa 48 05-410 Józefów		Badany produkt: Próbką wody technologicznej Data pobrania: 12.12.2017 Miejsce pobrania próbki: woda demineralizowana, Józefów, ul. Willowa 48
Nr zlecenia: 25330/17	Nr próbki: 21102/17	Opis próbki: Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. ok. 1000 ml. Stan próbki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry Sposób dostarczenia próbki do badań: Próbkę do badań pobral i dostarczył Zleceniodawca.
Data otrzymania zlecenia: 12.12.2017 Data rozpoczęcia badań: 12.12.2017	Data zakończenia badania: 15.12.2017 Data sporządzenia sprawozdania: 15.12.2017	Data, miejsce i sposób pobrania według informacji podanej przez Zleceniodawcę. Za prawidłowe pobranie próbki do badań odpowiada Zleceniodawca.

CEL / ZAKRES BADANIA

Na zgodność z wymogami podanymi w Farmakopea Polska wydanie VI (2002) dla wody oczyszczonej do bezpośredniego użycia

Lp.	OZNACZANY PARAMETR	Wynik oznaczenia liczba mikroorganizmów w jtk w danej objętości próbki wody	Wymagania wg Farmakopea Polska wyd. VI (2002) (dla Lp. 1,2,2 w objętości 250 ml, dla Lp. 4 i 5 w 1 ml).	Objętość próbki wody (ml)	Metoda oznaczenia według
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	nie wykryto	0	250	Farmakopea Polska VI 2002
2.	Bakterie grupy coli	nie wykryto	0	250	
3.	Enterokoki	nie wykryto	0	250	
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po 48 h	nie wykryto	20	1	
5.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po 72 h	nie wykryto	100	1	

OCENA, OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ I WNIOSKI

Badana próbka wody nie przekracza najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych ustalone w Farmakopea Polska wyd. VI (2002) dla wody oczyszczonej do bezpośredniego użycia (Wymagania wg tabeli 35 na str. 121).

Nazwisko i podpis osoby opracowującej
sprawozdanie z badań:
Specjalistyczne Laboratorium Badawcze
ita-test
Olga Miszkiewicz-Górecka
mgr Olga MISZKIEWICZ-GÓRĘCKA
Technik mikrobiolog

Obwieszczam, że:

- Badania wykonano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej, a sprawozdanie końcowe odpowiada danym źródłowym.
- Badanie wykonano zgodnie z ustalonym ze Zleceniodawcą zakresem.

Nazwisko i podpis osoby autoryzującej
sprawozdanie z badań:

Specjalistyczne Laboratorium Badawcze
ita-test
Karolina Zimakowska
mgr Karolina ZIMAKOWSKA
mikrobiolog
Zastępca Kierownika Technicznego
data i podpis 15.12.2017

Sprawozdanie może być powielane tylko w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody laboratorium.

Wyniki badań odnosi się wyłącznie do badanej próbki. Próbkę do badań mikrobiologicznych i próbkę wody nie są archiwizowane

Sprawozdanie sporządzono w 3 identycznych egzemplarzach. Sprawozdanie otrzymują: Egz. nr 1 i nr 2 - Zleceniodawca; Egz. nr 3 - Archiwum Specjalistycznego Laboratorium Badawczego „ITA-TEST”