



ITA-TEST SPÓŁKA Z O.O.

01-434 Warszawa • ul. Obozowa 82A • lok. 1 • tel./fax: (22) 837 28 20 • tel.: (22) 877 36 00 • (22) 877 36 02
www.italatest.pl • itatest@italatest.pl • NIP: 5272954897 • REGON: 388664512 • KRS: 0000892742

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH NR B-33652/28182/24

SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI.
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM

Sprawozdanie z badań ważne tylko z hologramem.

Egz. nr 1

Nazwa i adres Zleceniodawcy:

NANO TECH Paweł Siejko
ul. Willowa 48; 05-410 Józefów

Badany produkt: Próbką wody technologicznej

Data i godzina pobrania: 20.11.2024 10:00

Data i godzina przyjęcia próbki do Laboratorium: 20.11.2024 10:55

Miejsce pobrania próbki wody: zawór czerpalny, Józefów,
ul. Willowa 48, woda demineralizowana

Nr zlecenia: **33652/24**

Nr próbki: **28182/24**

Opis opakowania próbki wody: Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. ok. 500 ml.

Stan próbki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry

Sposób dostarczenia próbki wody do badań:

Próbka została pobrana i transportowana: wg instrukcji przekazanej przez laboratorium,

Próbkę do badań pobrał przedstawiciel Klienta: p. Piotr Ziędański

Data, miejsce pobrania, rodzaju próbki, punkt pobrania i metody pobrania - według informacji podanej przez Zleceniodawcę

Za prawidłowe pobranie próbki do badań odpowiada Zleceniodawca. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za próbkę od momentu przyjęcia jej do laboratorium lub przekazania jej pracownikowi laboratorium.

Laboratorium wszystkie badania wykonało w siedzibie firmy.

Data otrzymania zlecenia:
20.11.2024

Data zakończenia badania:
25.11.2024

Data rozpoczęcia badań:
20.11.2024

Data wydania sprawozdania:
25.11.2024

CEL / ZAKRES BADANIA

Na zgodność z wymogami podanymi w Farmakopea Polska wyd. XII (2020) dla wody oczyszczonej do bezpośredniego użycia.

Lp.	OZNACZANY PARAMETR	Metoda oznaczenia wg	Objętość próbki wody (ml)	Wynik oznaczenia liczba mikroorganizmów w jtk w danej objętości próbki wody	Najwyższa dopuszczalna zawartość	Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami*
1.	Liczba mikroorganizmów tlenowych w 1 ml próbki	Farmakopea Polska XII 2020	1	nie wykryto	100	ZGODNE

*W stwierdzeniu zgodności z wymaganiami zastosowano zasadę podejmowania decyzji opartą na prostej akceptacji. Ryzyko błędnej akceptacji/błędnego odrzucenia dla wyniku równego wymaganiu wynosi 50%.

Badania wykonywano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej, a sprawozdanie końcowe odpowiada danym źródłowym.

Organy decyzyjne mogą zastosować inną niż przyjętą powyżej zasadę podejmowania decyzji, co może mieć wpływ na wynik stwierdzonej oceny zgodności

Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od otrzymania „Sprawozdania z badań” pisemnie, e-mailowo lub osobiście w siedzibie Laboratorium. Skarga jest rozpatrywana zgodnie z przyjętą w laboratorium procedurą w przeciągu 30 dni od zgłoszenia skargi.

Niepełność wyniku podaje się w sytuacji gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy uzgodnione jest to z Klientem.

Sprawozdanie sporządzono w 2 identycznych egzemplarzach. Sprawozdanie otrzymują: Egz. nr 1 – Zleceniodawca; Egz. Nr 2 – Archiwum Laboratorium „ITA – TEST”

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Próbkę wody nie są archiwizowane.

Sprawozdanie z badań ważne tylko z hologramem.

Nr serii A oznacza, że ważne sprawozdanie posiada 1 hologram

Opracował/a sprawozdanie z badań:

Autoryzował/a sprawozdanie z badań:

ita-test[®] Sp. z o.o.

Kludia WŁODARCZYK
Mikrobiolog

podpis

ita-test[®] Sp. z o.o.

Emilia CHOMACKA
Kierownik Pracowni
badań mikrobiologicznych

Data i podpis 25.11.2024

KONIEC SPRAWOZDANIA