

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH NR B-26830/22378/19

Egz. Nr 1

Nazwa i adres Zleceniodawcy: NANO TECH Paweł Siejko ul. Willowa 48 05-410 Józefów		Badany produkt: Próbką wody technologicznej Data pobrania: 19.02.2019 Miejsce pobrania próbki: woda ultra czysta, Józefów, ul. Willowa 48 Opis próbki: Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. ok. 500 ml. Stan próbki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry Sposób dostarczenia próbki do badań: Próbkę do badań pobrał i dostarczył Zleceniodawca. Data, miejsce i sposób pobrania według informacji podanej przez Zleceniodawcę. Za prawidłowe pobranie próbki do badań odpowiada Zleceniodawca.
Nr zlecenia: 26830/19	Nr próbki: 22378/19	
Data otrzymania zlecenia: 19.02.2019 Data rozpoczęcia badań: 19.02.2019	Data zakończenia badania: 25.02.2019 Data sporządzenia sprawozdania: 25.02.2019	

CEL / ZAKRES BADANIA

Na zgodność z wymogami podanymi w Farmakopea Polska wyd. X (2014) dla wody oczyszczonej do bezpośredniego użycia.

Lp.	OZNACZANY PARAMETR	Wynik oznaczenia liczba mikroorganizmów w jtk w danej objętości próbki wody	Wymagania wg Farmakopea Polska wyd. X (2014)	Objętość próbki wody (ml)	Metoda oznaczenia według
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba mikroorganizmów tlenowych w 1 ml próbki	49	<100	1	Farmakopea Polska X 2014

OCENA, OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ I WNIOSKI**Badana próbka wody nie przekracza najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych ustalonych w Farmakopea Polska wyd. X 2014.**Nazwisko i podpis osoby opracowującej
sprawozdanie z badań:

Specjalistyczne Laboratorium Badawcze

ita-testPatrycja MAZURCZAK
mikrobiolog

Oświadczam, że:

- Badania wykonano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej, a sprawozdanie końcowe odpowiada danym źródłowym.
- Badanie wykonano zgodnie z ustalonym ze Zleceniodawcą zakresem.

Nazwisko i podpis osoby autoryzującej
sprawozdanie z badań:

Specjalistyczne Laboratorium Badawcze

ita-testdr inż. **ROMAN**
Kierownik Pracowni badań mikrobiologicznych

data i podpis 25.02.2019

Sprawozdanie może być powielane tylko w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody laboratorium.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Próbki do badań mikrobiologicznych i próbki wody nie są archiwizowane

Sprawozdanie sporządzono w 3 identycznych egzemplarzach. Sprawozdanie otrzymują: Egz. nr 1 i nr 2 – Zleceniodawca; Egz. nr 3 – Archiwum Specjalistycznego Laboratorium Badawczego „ITA – TEST”
Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań.**KONIEC SPRAWOZDANIA**