

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH NR B-17756/14483/13


Egz. Nr 1

Nazwa i adres Zleceniodawcy: NANO-TECH ul. Willowa 48, Józefów		Badany produkt: Próbką wody technologicznej Data pobrania: 11.09.2013 Miejsce pobrania próbki: woda technologiczna, ujęcie własne, woda demineralizowana, ul. Willowa 48, Józefów Opis próbki: Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. ok. 1000 ml. Stan próbki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry Sposób dostarczenia próbki do badań: Próbkę do badań pobrał i dostarczył Zleceniodawca. Za prawidłowe pobranie odpowiada Zleceniodawca. Data, miejsce i sposób pobrania (zał. 2 z dnia 12.11.2012 do IT 20/ChM wyd. 5 z dnia 10. 01.2013.) zadeklarowane przez Zleceniodawcę.
Nr zlecenia: 17756/13	Nr próbki: 14483/13	
Data otrzymania zlecenia: 11.09.2013 Data rozpoczęcia badań: 11.09.2013	Data zakończenia badania: 16.09.2013 Data sporządzenia sprawozdania: 16.09.2013	


CEL / ZAKRES BADANIA

Na zgodność z wymogami podanymi w Farmakopea Polska wydanie IX (2002) dla wody oczyszczonej do bezpośredniego użycia

Lp.	OZNACZANY PARAMETR	Wynik oznaczenia liczba mikroorganizmów w jtk w danej objętości próbki wody	Wymagania wg Farmakopea Polska wyd. VI (2002) (dla Lp. 1,2,3 w objętości 250 ml, dla Lp. 4 i 5 w 1 ml).	Objętość próbki wody (ml)	Metoda oznaczenia według
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba mikroorganizmów tlenowych w 1 ml próbki	nie wykryto	100	1	Farmakopea Polska IX 2011 (na podstawie Ph. Eur. 7)

OCENA, OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ I WNIOSKIBadana próbka wody nie przekracza najwyższych dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych ustalonych w Farmakopea Polska wyd. IX (2011) dla wody oczyszczonej do bezpośredniego użycia.Nazwisko i podpis osoby opracowującej
sprawozdanie z badań:
Specjalistyczne Laboratorium Badawcze
ita-test

mgr Dominika DEREŃ
Mikrobiolog**Oświadczam, że:**

- Badania wykonano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej, a sprawozdanie końcowe odpowiada danym źródłowym.
- Badanie wykonano zgodnie z ustalonym ze Zleceniodawcą zakresem.

Nazwisko i podpis osoby autoryzującej
sprawozdanie z badań:Specjalistyczne Laboratorium Badawcze

mgr Agnieszka
Laborownia
data i podpis 16.09.2013